



Kraków, dn. 07.06.2018r.

**NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-7/18**

**Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa mobilnego przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG wraz z kompletem akcesoriów”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w § 11 pkt 2 z 2% do 0,5% wartości wynagrodzenia brutto.

Uzasadnienie – aktualnie poziom kar umownych jest niezwykle wysoki, wnosimy do jego obniżenia, zwracając jednocześnie uwagę, iż Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przekraczających wysokość kar umownych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej określonej w §11 pkt 2 do wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto.**

2. Wnosimy o dodanie zapisu: § 11 pkt 2.1. Łącznie maksymalny poziom naliczanych kar umownych wynosi 10%.

Uzasadnienie – Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przekraczających wysokość kar umownych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian.**

3. Wnosimy o wyłączenie wymogu sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii – z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia dostarczenie skonfigurowanego sprzętu zastępczego ze względów technicznych oraz organizacyjno - logistycznych jest praktycznie niemożliwe (konieczna konfiguracja, aparat musi posiadać testy, dodatkowo serwis co do zasady musi w takim przypadku skoncentrować się na dostawie i wdrożeniu sprzętu zastępczego, zamiast szybko i efektywnie usunąć awarię, aby zminimalizować ewentualne przestoje). Dodatkowo z uwagi na fakt, iż aparat nie jest jedynym urządzeniem diagnostycznym posiadanym przez Zamawiającego, realizacja badań może odbywać się w ramach procedury awaryjnej z wykorzystaniem innego posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmiany, w związku z czym Zamawiający wykreśla ust. 11 z paragrafu 4 oraz zmienia numerację kolejnych ustępów.**

4. Wnosimy o wykreślenie zapisu o karach umownych za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmiany, w związku z czym Zamawiający:**

a) wykreśla w paragrafie 11 ust. 2 pkt c) oraz zmienia numerację kolejnych punktów,

b) wykreśla pkt 13 w załączniku nr 1B do SIWZ/Załącznika nr 1 do umowy oraz zmienia numerację kolejnych punktów .

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dziecieczszpital.pl

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



5. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że usługi serwisowe (w tym czasy reakcji / naprawy) będą liczone i realizowane w dni robocze poniedziałek – piątek. Jest to istotny element kosztowy - w przypadku liczenia / realizacji usług serwisowych również w święta / soboty/niedziele konieczne jest zabezpieczenie dla Zamawiającego zaplecza serwisowego w stałej dyspozycji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż usługi serwisowe realizowane będą w dni robocze poniedziałek – piątek**

6. Zamawiający w pkt. 79 wymaga " Napęd akumulatorowy zapewniający transport aparatu przód/tył. Akumulator/-y w zestawie".

Czy zamawiający będzie również wymagał oddzielnego systemu akumulatorowego do zasilania generatora w celu wykonania ekspozycji bez konieczności podłączenia aparatu rtg do sieci zasilającej.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby akumulator/akumulatory zapewniał/zapewniały napęd - transport aparatu przód/tył oraz zasilanie generatora w celu wykonania ekspozycji bez konieczności podłączenia aparatu RTG do sieci zasilającej.**

7. Zamawiający w pkt. 88 dodatkowo punktuje „Kratka przeciwrozproszeniowa o parametrach 6:1 F100-180 cm\*” NIE-0 pkt. TAK-2 pkt. a w pkt. 77 obligatoryjnie wymaga „Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej”. Prosimy o wykreślenie punktu 88. W przypadku stosowania oprogramowania umożliwiającego wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej nie stosuje się dodatkowo mechanicznej kratki zewnętrznej. Te dwa zapisy pozostają w stosunku do siebie w sprzeczności, a dodatkowo punktują rozwiązanie technologicznie starsze i droższe.

**Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w pkt. 88 z uwagi na specyfikę i szerokie spektrum badań RTG wykonywanych w tutejszym szpitalu.**

8. Zamawiający w siwz w pkt. 13.2.2 podaje  
termin realizacji do 56 dni - otrzyma 20 punktów,  
termin realizacji do 63 dni - otrzyma 10 punktów,  
termin realizacji do 70 dni - otrzyma 0 punktów,

Natomiast w formularzu ofertowym Zamawiający podaje ilość dni realizacji: 56; 63 i 70. Prosimy o potwierdzenie, że podane dni analizowane będą jako 56; 63 i 70 dni łącznie.

**Zamawiający potwierdza, że podane dni analizowane będą jako 56; 63 i 70 dni łącznie.**

Odpowiedzi do pytania oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a

Załączniki:

- ✓ SIWZ uwzględniająca zmiany

**Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie**

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dziecieczszpital.pl

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083