

Kraków, 29.05.2019r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-11/19

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa aparatu do drenażu autogenicznego "

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.ze zm.) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 2), ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą przesłanki określone w art. 87 ust. 2 pkt. 3).

Uzasadnienie:

Wykonawca: PROMED Spółka Akcyjna ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa, w tabeli w pozycji nr 21 w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1B do SIWZ) wpisał „waga: 5,1 kg/11lb”. Zamawiający wymagał w załączniku nr 1B do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w tabeli w poz. nr 21 „masa: ≤ 4,6 kg”.

W związku z powyższym Wykonawca zaproponował większą masę aparatu do drenażu autogenicznego, niż wymagał Zamawiający.

Otrzymują:

- ✓ Wykonawca, który złożył ofertę w/w postępowaniu
- ✓ strona internetowa
- ✓ a/a

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dziecieczszpital.pl

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2015