Kraków, 5 kwietnia 2017r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-8/17
Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa sprzętu medycznego "

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie: 1
Pakiet Nr 2- Pulsoksymetr przenośny
Czy zamawiający dopuści do przetargu załączenie folderu producenta w języku angielskim – dopuszczenie powyższego parametru w znacznym stopniu ułatwi weryfikację parametrów zaproponowanego pulsoksymetru ?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymagał folderu producenta.

Pytanie : 2
Pakiet Nr 2- Pulsoksymetr przenośny
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 4 tyg. ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 30 dni. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść pkt 4.1.2. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„w zakresie pakietu nr 2 – 30 dni od daty zawarcia umowy”

Pytanie : 3
Pakiet Nr 2- Pulsoksymetr przenośny
Czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu pulsoksymetr posiadający Menu w języku angielskim. W powyższym urządzeniu Menu jest ograniczone do kliku prostych zwrotów które w niektórych przypadkach nie posiadają polskiego odpowiednika ?
Odpowiedź: Tak

Pytanie : 4
Pakiet Nr 2- Pulsoksymetr przenośny
Czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu pulsoksymetr posiadający czujniki kompatybilne z innymi pulsoksymetrami ogólnie dostępnymi na rynku ?
Odpowiedź: Tak

Pytanie : 5
PAKIET NR 2 PULSOKSYMETR PRZENOŚNY szt. 1 (mały)
Ad.12 Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z czasem pracy na akumulatorach do 24 godzin?
Odpowiedź: Nie
Ad. 21 CZy zamawiający dopuści pulsoksymetr z dokładnością pulsu +/- 3 P/min? ***Odpowiedź: Tak***
Ad. 24 Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z wagą do 300 g?

Odpowiedź: Nie

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:
- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a