Kraków, 6 kwietnia 2017r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-8/17
Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa sprzętu medycznego "

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PAKIET NR 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy pulsoksymetru transportowego o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych:

pkt.13 - czas ładowania max. 3,5h
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
pkt. 17 - zakres pomiaru pulsu min. 30-249 bpm
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
pkt. 20 - zakres pomiaru SpO_2 w zakresie 70-100% +/- 2%
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
pkt. 21 - puls min. +/- 1 bpm
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
pkt. 24 - waga max. 200g
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu **w pkt. 27** - *„funkcja zmiany tonu w zależności od SpO_2"* - oferowany sprzęt posiada tonu pulsu, natomiast nie jest on podzielony na kolejne poziomy.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od zapisu w pkt 27 załącznika nr 1B do SIWZ w zakresie Pakietu nr 2. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla wymóg określony w pkt 27 załącznika nr 1B do SIWZ w zakresie Pakietu nr 2.

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:
- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a