Kraków, 7 kwietnia 2017r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-8/17
Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa sprzętu medycznego "

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pakiet 2

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY szt. 1 (mały)
Prosimy o wykreślenie oznaczenia „PAKIET NR 3", znajdującego się w formularzu opisu przedmiotu zamówienia między punktami 15 i 16
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż cały załącznik nr 1B do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej prawidłowo. Prawdopodobnie problem z odczytem może pojawić się w wersjach starszych niż WORD 2016, w związku z czym Zamawiający zamieści dodatkowo formularz w wersji PDF.
Pkt. 4
Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nie użytkowany, nie powystawowy pulsoksymetr, wyprodukowany w 2015 r. z gwarancją liczoną od dnia sprzedaży?
Odpowiedź: Nie.
Pkt. 12
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru, w którym czas pracy akumulatorków wynosi ok. 20 godzin
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pkt. 13
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru, w którym czas ładowania całkowicie rozładowanych akumulatorków wynosi ok. 6 godzin
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pkt. 17
Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru pulsu 30-250 bpm
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Prosimy o dopuszczenie wyświetlacza LCD 2,76' (4,3 x 5,8 cm)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
Pkt. 23
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o wymiarach: 75 x 135 x 28 mm
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.
Pkt. 24
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o wadze 258 g.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pkt. 27
Prosimy o odstąpienie od wymagania funkcji zmiany tonu w zależności od SpO2
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.

dotyczy: Pakiet nr 3 – Defibrylator kliniczny.

pkt. 26
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w rejestrator termiczny, który używa do wydruku papieru termicznego typu składanka?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
pkt. 27
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny defibrylator z najczęściej stosowanym wzmocnieniem sygnału EKG w zakresie 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV, wyświetlanym na 8,4 calowym, kolorowym ekranie LCD o rozdzielczości 800x600 pikseli – gwarantującym wysokiej jakości wyświetlanie krzywych EKG niezależnie od wartości wzmocnienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści defibrylatora z najczęściej stosowanym wzmocnieniem sygnału EKG w zakresie 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV, jednakże Zamawiający dopuści defibrylatora wyświetlanym na 8,4 calowym, kolorowym ekranie LCD o rozdzielczości 800x600 pikseli – gwarantującym wysokiej jakości wyświetlanie krzywych EKG niezależnie od wartości wzmocnienia.
pkt. 28
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pomiarem oddechy metoda impedancyjną w zakresie od 0,3 do 120 oddechów/min z prezentacją krzywej oraz alarmem bezdechu w zakresie 10 do 60s ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści defibrylator z pomiarem oddechy metoda impedancyjną w zakresie od 0,3 do 120 oddechów/min, jednakże Zamawiający nie dopuści defibrylatora z prezentacją krzywej oraz alarmem bezdechu w zakresie 10 do 60s ?
pkt. 30
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pomiarem oddechy metoda impedancyjną w zakresie od 0,3 do 120 oddechów/min z prezentacją krzywej oraz alarmem bezdechu w zakresie 10 do 60s ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści defibrylator z pomiarem oddechy metoda impedancyjną w zakresie od 0,3 do 120 oddechów/min, jednakże Zamawiający nie dopuści defibrylatora z prezentacją krzywej oraz alarmem bezdechu w zakresie 10 do 60s ?
pkt. 35
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Stojak ze stali, osadzony na podstawie wyposażonej w 5 łożyskowanych kół z blokadą kół, wyposażony w koszyk na akcesoria i półkę posiadającą mechanizm szybkiego montażu defibrylatora bez użycia narzędzi i śrub
Odpowiedź: Tak.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie 6 tygodniowego terminu realizacji defibrylatora?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:
- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a